



Referencia: SOFM/MJA/as/101  
Fecha: 05/03/2018  
Ref AEMPS: PS 3/2018

**NOTA INFORMATIVA**

**RETIRADA DEL MERCADO DEL LOTE MP17288 (impreso en la caja) y 703061 (impreso en la botella)  
DE LA SOLUCIÓN DE LENTES DE CONTACTO MENICARE SOFT 70 ml**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada por la empresa Menicon Pharma, Francia, Representante autorizado en la Unión europea del fabricante Menicon Co., Ltd., Japón, de que como medida preventiva, va a llevar a cabo la retirada del mercado del lote MP17288 (número impreso en la caja) y 703061 (número impreso en la botella) de la solución de lentes de contacto MeniCare Soft 70 ml, nº de catálogo MAN100561.

Tras obtener un error en el resultado de los controles en proceso, la empresa ha decidido retirar los productos fabricados tras la última validación al considerar que es difícil garantizar completamente la esterilidad.


La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica de nuestro país que disponen del lote afectado, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.

**Producto afectado**

El Producto MENICARE SOFT 70 ml es una solución para la desinfección, limpieza, y conservación de lentes de contacto blandas.

Producto	Nº de lote caja	Nº de lote botella
MeniCare Soft 70 ml Nº de catálogo: MAN100561	MP17288	703061

**Localización del nº de lote en la caja y en la botella.**





**Gobierno  
de La Rioja**

**Recomendaciones**

a) Profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica

Si dispone en su establecimiento del lote de la solución de lentes de contacto MENICARE SOFT 70 ml, anteriormente referenciado, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.

b) Pacientes

Si usted es usuario del producto MENICARE SOFT 70 ml y dispone del lote anteriormente referenciado:

1. No utilice el producto y contacte con la óptica donde adquirió el producto para su devolución y reemplazo.
2. Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico.

Si su producto MENICARE SOFT 70 ml no se corresponde con el número de lote citado, no le afecta esta nota de seguridad.

**Datos de la empresa**

Menicon España S.L.  
C/ Córcega N° 329  
Campo de las Naciones  
08037 Barcelona  
Teléfono 93.272.13.69

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: [alertas.productossanitarios@larioja.org](mailto:alertas.productossanitarios@larioja.org)
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

En Logroño, 5 de marzo de 2018



**Dra. Mª José Aza Pascual-Salcedo** Prestaciones y Farmacia

Jefa de Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos.