

Fecha: 29 MAYO 2018

Hora:
Número: S-93923

Referencia: SOFM/MJA/apf
Fecha: 15/05/2018
Ref AEMPS: PS 7/2018

NOTA INFORMATIVA

DETECCIÓN EN EL MERCADO SERBIO DE FALSIFICACIONES DE PRESERVATIVOS DUREX

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de las Autoridades Competentes de Serbia, de la distribución en el mercado Serbio de unidades falsificadas de preservativos "Durex". Los preservativos "Durex" originales fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido, se encuentran comercializados en el mercado español. Hasta el momento, no se han detectado unidades falsificadas en España.

PRODUCTOS AFECTADOS A continuación se incluyen el nombre del producto, número de lote y la caducidad que aparece en las unidades falsificadas detectadas:


Nombre del producto	Nº de lote	Fecha de caducidad
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/09
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2022/04
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/07
Durex Extra Safe 3 pack	0010815033	2020/08
Durex Classic 3 pack	1000124732	2021/11
Durex Feel Thin 3 pack	0010821302	2020/07
Durex Tickle Me 3 pack	0010895928	2020/07
Durex Tickle Me 3 pack	0010853745	2020/09
Durex Tickle Me 3 pack	0010853745	2020/06





**Gobierno
de La Rioja**

Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura "made in Thailand" o "made in China", como se puede ver en las siguientes imágenes, que no aparece en las unidades originales:



RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan en el mercado español a través de redes de distribución distintas a la del fabricante y los distribuidores identificados, se recomienda a los usuarios:

- Examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.
- Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con el distribuidor local del fabricante, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 93 842 61 37 para determinar si el producto es auténtico.
- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por fax al número 91 822 52 89 o por correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 28 de mayo de 2018



**Gobierno
de La Rioja**
Salud

Prestaciones y Farmacia

M^a José Aza Pascual-Salcedo
JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS