

Referencia: SOFM/MJA/apf
Fecha: 22/03/2019
Ref AEMPS: PS 07/2019


NOTA INFORMATIVA

DETECCIÓN EN EL MERCADO TURCO DE UNIDADES FALSIFICADAS DEL KIT DE ACCESORIOS PARA NEBULIZADOR DE LA EMPRESA HANGZHOU MEDTEC MEDICAL DEVICES CO., LTD. PRODUCTOS AFECTADOS:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las Autoridades Competentes de Reino Unido, de la distribución en el mercado turco de unidades falsificadas de un kit de accesorios para nebulizador. El fabricante del producto original es la empresa Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd., China.

De acuerdo a la información facilitada, Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd. tras recibir una consulta sobre el kit de accesorios para nebulizador con número de lote 201711001 comprobó que el etiquetado del mismo no era suyo y confirmó que no habían comercializado este kit en Turquía.

La siguiente imagen corresponde al etiquetado del producto falsificado:




RECOMENDACIONES


Esta Agencia no cuenta con ninguna comunicación de comercialización del citado producto en el mercado español, pero, teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan a través de distribuidores no autorizados o a través de internet, la AEMPS recomienda a los usuarios examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.

Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tlfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 22 de marzo de 2019


M^a José Aza Pascual-Salcedo
JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS.


Gobierno
de La Rioja
Salud y Servicios Sociales
Asistencia, Prestaciones y Farmacia

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud:

Fecha: 22 MAR. 2019

Hora:
Número: J-5580

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**DETECCIÓN EN EL MERCADO TURCO DE UNIDADES
FALSIFICADAS DEL KIT DE ACCESORIOS PARA
NEBULIZADOR DE LA EMPRESA HANGZHOU MEDTEC
MEDICAL DEVICES CO., LTD.**

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2019

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS FALSIFICADOS
Referencia: PS, 7/2019

La AEMPS informa de la detección en el mercado de Turquía de unidades falsificadas del kit de accesorios para nebulizador de la empresa Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd., China.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las Autoridades Competentes de Reino Unido, de la distribución en el mercado turco de unidades falsificadas de un kit de accesorios para nebulizador. El fabricante del producto original es la empresa Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd., China.

De acuerdo a la información facilitada, Hangzhou Medtec Medical Devices Co., Ltd. tras recibir una consulta sobre el kit de accesorios para nebulizador con número de lote 201711001 comprobó que el etiquetado del mismo no era suyo y confirmó que no habían comercializado este kit en Turquía.



La siguiente imagen corresponde al etiquetado del producto falsificado:



Figura 1: Etiquetado del producto falsificado

RECOMENDACIONES

Esta Agencia no cuenta con ninguna comunicación de comercialización del citado producto en el mercado español, pero, teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan a través de distribuidores no autorizados o a través de internet, la AEMPS recomienda a los usuarios:

- Examinar atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.
- Si sospecha que un producto puede ser falsificado, no lo utilice, póngase en contacto con la AEMPS, por correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es o por fax, al número 91 822 52 89, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.