



Referencia: SOFM/MJA/as

Fecha: 15/10/2019

Ref. AEMPS: PS 23/2019

### NOTA INFORMATIVA PS 23/2019

#### **RETIRADA DEL MERCADO DE DETERMINADOS LOTES DE LENTES DE CONTACTO 1-DAY ACUVUE MOIST PARA ASTIGMATISMO**

Se adjunta la Nota Informativa emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informando de la retirada del mercado de determinados lotes de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo, fabricadas por Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, debido a la posible presencia de un cuerpo extraño en las lentes de contacto o en la solución del blíster de las lentillas.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, han recibido un número limitado de informes sobre la presencia de un cuerpo extraño en las lentes de contacto o en la solución del blíster de las lentillas. La compañía indica que la presencia de estas pequeñas partículas podría producir enrojecimiento, incomodidad o abrasión de la córnea.

Las lentes de contacto para astigmatismo de la marca 1-DAY ACUVUE® MOIST de un solo uso están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con ojos sanos que tengan astigmatismo.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Johnson & Johnson S.A (Vision Care), sita en el Paseo de las Doce Estrellas 5-7, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

#### SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica de nuestro país que disponen de los lotes afectados, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.

#### RECOMENDACIONES

**a) Profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica:** Si dispone en su establecimiento de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes a continuación referenciados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.

**b) Pacientes:** Si usted dispone de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes anteriormente referenciados:

1. No utilice las lentes y contacte con la óptica donde adquirió las lentes para su devolución y reemplazo.
2. Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico.

Si sus lentes no corresponden con los números de lotes siguientes, no le afecta esta nota de seguridad.



**Gobierno  
de La Rioja**

**PRODUCTOS AFECTADOS**

Marca	Especificación de producto, Radio curvatura (BC), Potencia	Número de Lote Maestro	Números de lote de caja de 30
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-0.75 X 180	395749	3957490101 3957490102 3957490103 3957490104 3957490105 3957490106 3957490107 3957490108 3957490109 3957490110 3957490111 3957490112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-1.75 X 180	395750	3957500101 3957500102 3957500103
			3957500104 3957500105 3957500106 3957500107 3957500108 3957500109 3957500110 3957500111 3957500112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -3.50D/-0.75 X180	395751	3957510101 3957510102 3957510103 3957510104 3957510105



**Gobierno  
de La Rioja**

DATOS DE LA EMPRESA

Johnson & Johnson S.A. (Vision Care),  
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7  
Campo de las Naciones 28042 Madrid  
Teléfono 900 22 84 00  
www.acuvue.es

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 15 de octubre de 2019

  
  
**Gobierno  
de La Rioja**  
Salud  
Prestaciones y Farmacia

**Dra. Mª José Aza Pascual Salcedo**

**JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS**



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
AEMPS**

**RETIRADA DEL MERCADO DE DETERMINADOS  
LOTES DE LENTES DE CONTACTO 1-DAY ACUVUE®  
MOIST PARA ASTIGMATISMO**

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2019

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS. SEGURIDAD.  
Referencia: PS, 23/2019

**La AEMPS informa de la retirada del mercado de determinados lotes de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo, fabricadas por Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, debido a la posible presencia de un cuerpo extraño en las lentes de contacto o en la solución del blíster de las lentillas.**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por la empresa Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, de la retirada del mercado de determinados lotes de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, han recibido un número limitado de informes sobre la presencia de un cuerpo extraño en las lentes de contacto o en la solución del blíster de las lentillas. La compañía indica que la presencia de estas pequeñas partículas podría producir enrojecimiento, incomodidad o abrasión de la córnea.

Las lentes de contacto para astigmatismo de la marca 1-DAY ACUVUE® MOIST de un solo uso están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con ojos sanos que tengan astigmatismo.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Johnson & Johnson S.A (Vision Care), sita en el Paseo de las Doce Estrellas 5-7, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

CORREO ELECTRÓNICO

[sgps@aemps.es](mailto:sgps@aemps.es)

Página 1 de 3

[www.aemps.gob.es](http://www.aemps.gob.es)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID  
TEL: 91 822 50 28  
FAX: 91 822 50 10



## SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica de nuestro país que disponen de los lotes afectados, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.

## PRODUCTOS AFECTADOS

Marca	Especificación de producto, Radio curvatura (BC), Potencia	Número de Lote Maestro	Números de lote de caja de 30
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-0.75 X 180	395749	3957490101 3957490102 3957490103 3957490104 3957490105 3957490106 3957490107 3957490108 3957490109 3957490110 3957490111 3957490112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-1.75 X 180	395750	3957500101 3957500102 3957500103
			3957500104 3957500105 3957500106 3957500107 3957500108 3957500109 3957500110 3957500111 3957500112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -3.50D/-0.75 X180	395751	3957510101 3957510102 3957510103 3957510104 3957510105



## RECOMENDACIONES

### a) Profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica

Si dispone en su establecimiento de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes anteriormente referenciados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.

### b) Pacientes

Si usted dispone de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes anteriormente referenciados:

1. No utilice las lentes y contacte con la óptica donde adquirió las lentes para su devolución y reemplazo.
2. Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico.

Si sus lentes no corresponden con los números de lote citados, no le afecta esta nota de seguridad.

## DATOS DE LA EMPRESA

Johnson & Johnson S.A. (Vision Care),  
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7  
Campo de las Naciones 28042 Madrid  
Teléfono 900 22 84 00  
[www.acuvue.es](http://www.acuvue.es)