

Alerta Productos Sanitarios 313/2020

Referencia: SOFM/MJA/fs

Fecha: 12/06/2020

ASUNTO: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

PRODUCTO: Mascarilla quirúrgica estéril desechable.

Fabricante: Yildiz Plastik Sanayí Ve Ticaret, Terazidere Mah. Hakan Sok.26 Bayrampaşa, Turquía.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa de la detección de un certificado de marcado CE falso, afectando al producto citado anteriormente; y cuyos principales datos de identificación son:

- Organismo Notificado y nº de identificación: Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. (2195)
- Número de certificado: 2195-MED-1412002

Si desea información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

Logroño, 12 de junio de 2020


Dra. M^l José Aza Pascual-Salcedo
JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS





MINISTERIO
DE SANIDAD

am agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-313	REFERENCIA PS/CV/CEL/4360
PRODUCTO Mascarilla quirúrgica estéril desechable	
FABRICANTE Yildiz Plastik Sanayi Ve Ticaret, Terazidere Mah. Hakan Sok.26 Bayrampaşa, Turquía	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. (2195)• Número de certificado: 2195-MED-1412002• Fabricante: Yildiz Plastik Sanayi Ve Ticaret, Turquía• Producto: Mascarilla quirúrgica estéril desechable <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Fecha de la firma: 09/06/2020

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://sede.aemps.gob.es>

Localizador: LK6YAAGCEA



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89