

**Alerta Productos Sanitarios 322/2020**

Referencia: SOFM/MJA/fs

Fecha: 12/06/2020

**ASUNTO:** Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

**PRODUCTO:** Mascarillas de 3 capas, batas quirúrgicas de material no tejido, guantes quirúrgicos de nitrilo, guantes de examen de látex.

Fabricante: Shiffa Plaster, Al-Mounshieh Al-kadimeh, City Star Mall, P.O. Box: 3778 Aleppo, Siria.

Representante autorizado: Brenda Natali-Shiffa Plaster, Eiffestrabe 80, 20537 Hamburgo, Alemania.


**MENSAJE:** La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa de la detección de un certificado de marcado CE falso, afectando a los productos citados anteriormente, y cuyos principales datos de identificación son:

- Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
- Número de certificado: G2S 16 12 57099 017
- Fecha de emisión: 29 de marzo de 2020
- Fecha de caducidad: 30 de marzo 2023

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tlfno: 941 299 923
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

Logroño, 12 de junio de 2020

  
**Dra. Mª José Aza Pascual-Salcedo**  
JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN  
FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS



**Gobierno  
de La Rioja**  
Salud  
Humanización, Prestaciones y  
Farmacia



MINISTERIO  
DE SANIDAD

agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios

DEPARTAMENTO  
DE PRODUCTOS SANITARIOS

### ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-322	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4372
<b>PRODUCTO</b> Mascarillas de 3 capas, batas quirúrgicas de material no tejido, guantes quirúrgicos de nitrilo, guantes de examen de látex	
<b>FABRICANTE</b> Shiffa Plaster, Al-Mounshieh Al-kadimeh, City Star Mall, P.O. Box: 3778 Aleppo, Siria.	
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b> Brenda Natali-Shiffa Plaster, Eiffestrabe 80, 20537 Hamburgo, Alemania	
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)</li><li>• Número de certificado: G2S 16 12 57099 017</li><li>• Fabricante: Shiffa Plaster, Al-Mounshieh Al-kadimeh, City Star Mall, P.O. Box: 3778 Aleppo, Siria.</li><li>• Representante autorizado: Brenda Natali-Shiffa Plaster, Eiffestrabe 80, 20537 Hamburgo, Alemania</li><li>• Producto: Mascarillas de 3 capas, batas quirúrgicas de material no tejido, guantes quirúrgicos de nitrilo, guantes de examen de látex</li><li>• Fecha de emisión: 29 de marzo de 2020</li><li>• Fecha de caducidad: 30 de marzo 2023</li></ul> <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a></p>	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Fecha de la firma: 09/06/2020

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://sede.aemps.gob.es>

Localizador: VD76SLQ8B4



CORREO ELECTRÓNICO

[pvigilancia@aemps.es](mailto:pvigilancia@aemps.es)

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO B  
28022 MADRID  
Fax: (+34) 91.822.52.89