



Gobierno de La Rioja

Salud y Portavocía del Gobierno

C/ Obispo Lepe, 6 (C.A.R.P.A.)
26071 – Logroño, La Rioja
Teléfono: 941 299 923
Fax: 941 296 134

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha: 30 OCT. 2020

Humanización, Prestaciones y Farmacia

S-154046

Gerente & Responsable de Productos Sanitarios

Alerta Productos Sanitarios 614/2020

Referencia: SOFM/MJA/am

Fecha: 30/10/2020

ASUNTO: Detección de termómetros infrarrojos sin contacto fabricados por distintas empresas que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios.

PRODUCTOS AFECTADOS: Termómetros infrarrojos sin contacto. Los modelos detectados y sus fabricantes son los siguientes:

Fabricante	Modelo
Información no facilitada	Non contact infrared body thermometer CK-T501
Shenzhen LEFU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd., China	Infrared thermometer LFR308
Hangzhou Qingyuan Medical Equipment Technology Co., Ltd., China	No touch + infrared forehead thermometer QY-EWQ-02
Zhengzhou Aiqura Intelligent Technology Co., Ltd., China	Non-contact infrared thermometers Aiqura AD801
Pennui Biotech Inc., China	infrared thermometer JRT200
Hunan Honggao Electronic Technology Co. Ltd., China	Medical infrared thermometer Dikang HG01
Información no facilitada (China)	Non-contact infrared thermometers SHENGDE

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada por las autoridades de Irlanda de la detección de termómetros infrarrojos sin contacto, que no cumplen con los requisitos de la legislación de productos sanitarios al ser comercializados sin número de identificación del organismo notificado y/o los datos del representante autorizado.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923 / 941 299925 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

En Logroño, a 30 de octubre de 2020

P.A.

Dra. Mª José Aza Pascual-Salcedo

JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA Y MEDICAMENTOS

ANA Gobierno de La Rioja
JEFA DE SECCIÓN DE MEDICAMENTOS