

Alerta Productos Sanitarios 261/2021

Referencia: SOFM/MJA/apf

Fecha: 12/05/2021

**ASUNTO:** Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con numero 3558GB414200519 del Organismo Notificado MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH (0482). Dicho Organismo si ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número para otra empresa, pero no para el fabricante Medi-Inn GmbH, Weilerweg 5, 56729, Alemania, tal y como aparece indicado en el certificado falsificado.

- PRODUCTO:**
- Soluciones isotónicas y estériles de NaCl,
  - Productos de acción para el tratamiento de trastornos gastrointestinales,
  - Productos de acción física para el tratamiento de aplicaciones tópicas,
  - Productos para el tratamiento de ojos secos,
  - Productos para el tratamiento de trastornos vaginales ,
  - Productos para el trastorno de los tratamiento hemorroidales,
  - Productos para el tratamiento del dolor de garganta, tos seca y ronquera,
  - Productos de acción física para aplicación en membranas mucosas.

Fabricados por **MEDI-INN GMBH**, Weilerweg 5, 56729, Alemania

**MENSAJE:** Los datos del certificado CE falso son

- Organismo Notificado y nº de identificación: MEDCERT ( 0482)
- Número de certificado: 3558GB414200519
- Fabricante: Medi- Inn GmbH, Alemania.
- Productos: Soluciones isotónicas y estériles de NaCl, productos para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, ojos secos, trastornos vaginales, trastornos hemorroidales, dolor de garganta, tos seca y ronquera y productos de acción física para aplicación en membranas mucosas.
- Fecha de emisión: 19 de mayo 2020
- Fecha de caducidad: 27 de mayo 2024

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos: Tfno: 941 299 923 / mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

Logroño, 12 de mayo de 2021



**Beatriz Barrio García**

JEFA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA.

  
**Gobierno  
de La Rioja**  
Salud y Portavocía del Gobierno  
Humanización, Prestaciones  
y Farmacia

**Gobierno de La Rioja**  
Oficina Auxiliar de Registro  
Salud

Fecha: 12 MAYO 2021

Hora:  
Número: J-101080



## La AEMPS informa sobre la detección de un certificado de mercado CE falsificado de la empresa MEDI-INN GmbH

Fecha de publicación: 12 de mayo 2021

Categoría: productos sanitarios, certificado CE falso

Referencia: PS, 14/2021

- **Esta Agencia ha recibido una comunicación de las autoridades sanitarias alemanas, relativa a la detección de un certificado de mercado CE falsificado**
- **Los productos afectados son "Soluciones isotónicas y estériles de NaCl, productos para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, ojos secos, trastornos vaginales, trastornos hemorroidales, dolor de garganta, tos seca y ronquera, y productos de acción física para aplicación en membranas mucosas", del fabricante alemán Medi-INN GmbH**

Las autoridades sanitarias alemanas han notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la detección de un certificado de mercado CE falsificado.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de mercado CE falsificado con número 3558GB414200519 del organismo notificado alemán MEDCERT, cuyo número de identificación es el 0482, para los productos "Soluciones isotónicas y estériles de NaCl, productos para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, ojos secos, trastornos vaginales, trastornos hemorroidales, dolor de garganta, tos seca y ronquera y productos de acción física para aplicación en membranas mucosas", en el que aparece como fabricante Med-INN GmbH, Alemania.

Asimismo, se informa de que MEDCERT sí que ha emitido un certificado de mercado CE con el mismo número 3558GB414200519 para el fabricante Hälsa Pharma GmbH, 23562, Lübeck, Schleswig-Holstein, Alemania, y no para el fabricante Med-INN GmbH, Alemania, tal y como aparece indicado en el documento falsificado.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.



**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2021-261	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/NM/5004
<b>PRODUCTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Soluciones isotónicas y estériles de NaCl,</li><li>• Productos de acción para el tratamiento de trastornos gastrointestinales,</li><li>• Productos de acción física para el tratamiento de aplicaciones tópicas,</li><li>• Productos para el tratamiento de ojos secos,</li><li>• Productos para el tratamiento de trastornos vaginales ,</li><li>• Productos para el trastorno de los tratamiento hemorroidales,</li><li>• Productos para el tratamiento del dolor de garganta, tos seca y ronquera,</li><li>• Productos de acción física para aplicación en membranas mucosas.</li></ul>	
<b>FABRICANTE</b> Medi-Inn GmbH, Weilerweg 5, 56729, Alemania.	
<b>ASUNTO</b> <p>Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con numero 3558GB414200519 del Organismo Notificado MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH (0482).</p> <p>El Organismo Notificado MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH (0482), si ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 3558GB414200519 para el fabricante Hälsa Pharma GmbH, 23562, Lübeck, Schleswig-Holstein, Alemania y no para el fabricante Medi-Inn GmbH, Weilerweg 5, 56729, Alemania, tal y como aparece indicado en el certificado falsificado.</p> <p>Lo que se comunica a efectos de control de mercado.</p>	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> <p>Datos del certificado CE falsificado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismo Notificado y nº de identificación: MEDCERT ( 0482)</li><li>• Número de certificado: 3558GB414200519</li><li>• Fabricante: Medi- Inn GmbH, Alemania.</li><li>• Productos: Soluciones isotónicas y estériles de NaCl, productos para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, ojos secos, trastornos vaginales, trastornos hemorroidales, dolor de garganta, tos seca y ronquera y productos de acción física para aplicación en membranas mucosas.</li><li>• Fecha de emisión: 19 de mayo 2020</li><li>• Fecha de caducidad: 27 de mayo 2024</li></ul>	

