



Salud  
y Portavocía del Gobierno

C/ Obispo Lepe, 6 (C.A.R.P.A.)  
26071 - Logroño. La Rioja  
Teléfono: 941 299 923

Gobierno de La Rioja  
Oficina Auxiliar de Registro  
Salud

Humanización,  
Prestaciones y Farmacia

Fecha: - 3 JUN. 2021

Hora: S-120606  
Número:

Referencia: SOFM/BBG/apf  
Fecha: 03/06/2021  
Referencia AEMPS : PS 18/2021

NOTA INFORMATIVA PS 18/2021 (APS 315)

**LA AEMPS INFORMA DE LA RETIRADA DEL MERCADO DE DETERMINADOS LOTES DE SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO, LAVADO DE OJOS Y LUBRICANTES OCULARES, FABRICADAS POR BAUSCH&LOMB**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido informada por parte de la empresa Bausch & Lomb S.A. del **CESE DE UTILIZACIÓN Y RETIRADA DEL MERCADO** de determinados lotes de soluciones para lentes de contacto, lavado de ojos y lubricantes oculares, así como las marcas blancas asociadas, fabricadas por BAUSCH & LOMB.

El motivo es no poder asegurar la esterilización de botellas, tapones y tapas realizado por empresa subcontratada. El riesgo de infección es bajo, y hasta la fecha, no se hayan notificado incidentes graves relacionados con este problema.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Bausch & Lomb S.A., sita en Avenida Valdelaparra nº 4, 28108 Alcobendas, Madrid.


**PRODUCTOS AFECTADOS:** Sólo están afectados los productos de Bausch + Lomb fabricados en Italia. Están afectados algunos de los lotes, todos los lotes afectados tienen fecha de caducidad entre Mayo 2021 y Febrero 2024

Puede obtener más información y consultar los números de lote afectados en la página web


<https://www.blrecall.expertinquiry.com/>

El número de lote puede encontrarse en la etiqueta tanto de la botella como de la caja, como se muestra en las siguientes imágenes:

Lote y fecha de caducidad de la etiqueta de la botella



Lote y fecha de caducidad de la etiqueta de la caja






**Gobierno  
de La Rioja**



Biotrue® solución única (60mL, 300mL)  
Biotrue® solución única flight pack  
(60mL, 2 X 60mL)  
Biotrue® solución única (2 X 300mL)



ReNu® MPS solución única sensitive eyes (60mL, 120mL, 240mL, and 3 X 240mL)  
ReNu® MPS solución única sensitive eyes flight pack (2 X 60mL)  
ReNu® solución única fórmula clásica



Boston® Simplus solución multi-acción



ReNu® MultiPlus solución única (60mL, 240mL, 3 X 240mL)



Boston®/Boston® ADVANCE Limpiador (30mL)  
Boston®/Boston® ADVANCE Solución Acondicionadora (120mL)  
Boston® Solución Especial Multi-acción Flight Pack SIMPLUS (2 X 60mL)  
Boston® ADVANCE solución limpiadora y acondicionadora Multipack (3 X 30mL & 3 X 120mL)  
Boston® ADVANCE solución limpiadora y acondicionadora Starter Kit ADVANCE FORMULA (10mL & 30mL)




Sensitive Eyes® solución salina para lentes de contacto (500mL)



**Gobierno  
de La Rioja**



EasySept® solución para lentes de contacto (120mL)



Sensitive Eyes® solución lubricante ocular



Ophtaxia® solución limpiadora de ojos

#### MARCAS BLANCAS ASOCIADAS:

- Perfecta,
- Solución única Mioptico
- Pemag PLUS
- Solución única Alain Afflelou
- Opticare confort
- Vistasoft Unica Plus
- Solución Única Visual Life
- Clean&Lens Plus
- Farmaoptics plus
- Solución única contact care PLUS
- Mono Sept
- Adda
- MEDifresh y MEDifresh medical

#### Información para centros y profesionales sanitarios

- Si dispone en su establecimiento de lotes afectados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa encargada de su retirada para su devolución [BLRecall.expertinquiry.com](http://BLRecall.expertinquiry.com)
- Coloque en un lugar visible para los consumidores información para los clientes.
- Si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de estos productos notifíquelo a través del portal de notificación <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>



### Información para usuarios

- Si usted dispone de algún envase de los productos mencionados, compruebe en [BLRecall.expertinquiry.com](http://BLRecall.expertinquiry.com) si se corresponde con los números de lote afectados. En ese caso, no lo utilice
- Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico.
- Siga las instrucciones de los enlaces indicados para registrar el producto y poder solicitar la devolución/reembolso del mismo. Por último, deséche el producto.
- Si tiene cualquier duda contacte con la empresa que está efectuando la retirada vía email [BLRecall@sedgwick.com](mailto:BLRecall@sedgwick.com) o en el teléfono: 900 999 531 entre las 9 y 18 horas, de lunes a domingo.
- Si tiene conocimiento de un incidente relacionado con el uso de este producto
- notifíquelo a través del portal de notificación <https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do>

Logroño, 3 de junio de 2021

**Beatriz Barrio García**

**JEFA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA**



**Gobierno  
de La Rioja**  
Salud y Portavocía del Gobierno  
Humanización, Prestaciones  
y Farmacia