



Salud
y Portavocía del Gobierno

Humanización,
Prestaciones y Farmacia

Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha: 18 AGO. 2021

Hora:
Número

5-173172

Alerta Productos Sanitarios: 465/2021
Referencia: SOFM/MJA/as
Fecha: 18/08/2021

ASUNTO: La empresa Redmi Net S.L., bien directamente o a través de páginas web relacionadas con la empresa Mediasanex, estaba distribuyendo Test de antígenos para la Covid-19 de autodiagnóstico en unas condiciones de transporte y almacenamiento no adecuadas para este tipo de productos, por lo que podrían verse comprometidas las garantías sanitarias de estos test.

PRODUCTO: Test de antígenos para la Covid-19 de autodiagnóstico.
Distribuidos por Redmi Net S.L. C/ Punta Alta 6, Polígono Industrial San Luis, Málaga.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de la Inspección de Servicios Sanitarios (ISS) de la Consejería de Salud y Familias, Delegación Territorial de Málaga, Junta de Andalucía, de que la empresa Redmi Net S.L., bien directamente o a través de páginas web relacionadas con la empresa Mediasanex, estaba distribuyendo Test de antígenos para la Covid-19 de autodiagnóstico en unas condiciones de transporte y almacenamiento no adecuadas para este tipo de productos, por lo que podrían verse comprometidas las garantías sanitarias de estos test. Las empresas citadas no habían comunicado la actividad de distribución de productos sanitarios a la Comunidad Autónoma.

En base a lo anterior, debe cesarse la venta y la utilización de los test de antígenos de autodiagnóstico para la Covid-19 que hayan sido adquiridos a través de la empresa RedmiNet, bien directamente o a través de páginas web relacionadas con la empresa Mediasanex: mediasanex.com, <https://mediasanex.solostocks.com/>, <https://www.proveedores.com/proveedores/mediasanex/>

La venta al público de los test de autodiagnóstico se realizará exclusivamente a través de oficinas de farmacia y cuando se haga por medios telemáticos, podrá efectuarse únicamente por estos establecimientos sanitarios, con la intervención de un farmacéutico y el asesoramiento correspondiente.

La AEMPS recuerda a los usuarios la importancia de adquirir los test en oficinas de farmacia de forma presencial o telemática, y a las oficinas de farmacia la importancia de obtener los test por canales legalmente establecidos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág 1 de 2
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2021/098302	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2021/0703306
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha-hora
1 - Técnico Farmacéutico	Andra Serrano Perez		18/08/2021 11:36:50
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: AHDZUCYHJRNIOB8 Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion			18/08/2021 11:37:04



**Gobierno
de La Rioja**

Puede consultar información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación en el link:

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tlfno: 941 299 923
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			2 2
Identificación	00860-2021/098302	Escrito	CS Descontado
Objeto	Solicitudes y remisiones generales		2021/0703306
Emisor	Andra Serrano Perez		18/08/2021 11:36:50
1 Técnico Farmaceutico			18/08/2021 11:37:04
2: SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: AHDZUCYHJRNYOB8			Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion