

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2022-483	<b>REFERENCIA</b> PS/CMAG/84967
<b>PRODUCTOS</b> Bombas de insulina MiniMed™ serie 600. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus.	
<b>FABRICANTE</b> Medtronic MiniMed, EEUU	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medtronic Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de insulina Minimed de la serie 600, debido a la posibilidad de acceso no autorizado al protocolo de comunicación de la bomba.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso para pacientes</li> <li>• Nota de aviso para profesionales sanitarios</li> <li>• Nota de aviso para distribuidores</li> <li>• Nota Informativa PS, 32/2022</li> </ul>	

