



**Alerta Productos Sanitarios:** 490/2022

**Referencia:** SOFM/BBG/crm

**Fecha:** 26/10/2022

**ASUNTO:** Advertencias de seguridad y cese de utilización temporal de determinadas sillas de ruedas eléctricas QUICKIE Q50R.

**PRODUCTO:** Sillas de ruedas eléctricas QUICKIE, modelo Q50R, (fabricadas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de mayo de 2022). Todos los números de serie comprendidos entre el 301201105001 y el 301220301039.

Fabricado por Jiangsu Intco Medical products co., ltd, China y distribuido en nuestro país por Sunrise Medical SL., Vizcaya.

**MENSAJE:** La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido conocimiento a través del fabricante Intco Medical del cese de utilización temporal de determinadas sillas de ruedas eléctricas QUICKIE Q50R, debido a que el pasador de retención del brazo plegable de la rueda delantera podría aflojarse o separarse del armazón de la silla durante su uso, pudiendo ocasionar la caída del usuario de la silla.

Se adjunta la nota de aviso que la empresa ha remitido informando del problema detectado, así como las medidas que deben tomar. Se incluye también la nota informativa de la Agencia PS 33/2022.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno.: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2022/119292	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2022/0899290	
Cargo	Firmante /Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos				
2				