



Salud

Humanización,
Prestaciones y Farmacia

Alerta Productos Sanitarios: 138/2022
Referencia: SOFM/BBG/crm
Fecha: 16/03/2022

ASUNTO: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

PRODUCTO: Mascarilla quirúrgica de 3 capas.

Fabricados por TANKOÇ TEKSTIL ELEKTRIK MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI., Turquía.

MENSAJE: Se adjunta el certificado falso para su verificación, datos:

- . Organismo Notificado y nº de identificación: mdc medical device certification GmbH (0483)
- . Número de certificado: D1055302125
- . Productos: Mascarilla quirúrgica de 3 capas
- . Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2021
- . Fecha de caducidad: 25 de noviembre de 2023

Puede consultar información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación en el link:

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%91informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registrn
Salud

Fecha 17 MAR. 2022

Hora: 5.60158
Número

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAFES - Copiado de la signatura segura del Gobierno de La Rioja	Pág 1 / 1
Expediente	Idioma	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2022/030836	Español	Solicitudes y remisiones generales	2022/0229403	
Cargo	Firmante/Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia		16/03/2022 14:15:18	
2: SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: VWCP8LMFTWSADS2 Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion			16/03/2022 14:15:23	