



Alerta Productos Sanitarios: 137/2022

Referencia: SOFM/BBG/crm

Fecha: 16/03/2022

ASUNTO: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

PRODUCTO: Termómetro, Pulsioxímetro, Monitor de signos, Monitor de paciente multiparámetro.

Fabricados por heyuan leyuan intelligent technology co.,China

MENSAJE: Se adjunta el certificado falso para su verificación, datos:

- Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
- Número de certificado: G1 076561 0010 Rev.00
- Fecha de emisión: 2 de marzo de 2020
- Fecha de caducidad: 26 de mayo de 2024

Puede consultar información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación en el link:

<https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/>

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha: 17 MAR. 2022

Hora:
Número: J-60263

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firmado Pades. Certificado en información según del Gobierno de La Rioja		Página 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento		
00860-2022/030806	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2022/0229223		
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora		
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia		16/03/2022 14:17:54		
2 SELLADO ELECTRONICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: 5MFHUOBRZKOW3F. Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion			16/03/2022 14:18:41		