



Alerta Productos Sanitarios: 474/2023

Referencia: SOFM/BBG/as

Fecha: 18/10/2023

ASUNTO: Advertencias de seguridad relacionadas con determinados videolaringoscopios McGRATH defectuosos que han sido robados y puestos a la venta ilegalmente por terceros no autorizados a través de diversas plataformas de redes sociales.

PRODUCTOS: Videolaringoscopios McGRATH™ MAC.

[Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.](#)

Fabricados por Covidien llc, EEUU y distribuidos en nuestro país por Medtronic Ibérica S.A. C., Madrid.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido conocimiento a través de la empresa de Medtronic Ibérica de advertencias de seguridad relacionadas con determinados videolaringoscopios McGRATH defectuosos que han sido robados y puestos a la venta ilegalmente por terceros no autorizados a través de diversas plataformas de redes sociales.

Se adjunta la nota de aviso que la empresa ha emitido informando de los números de serie afectados por el robo y de las medidas y precauciones a llevar a cabo.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/126459	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2023/0867485	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos				
2				