



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: INF-2/2023

Categoría: Equipo de protección individual

Identificación del producto:

- **Nombre: MASCARILLAS FFP2 INFANTILES DE MARIPOSAS**
- **Marca: BARBEADOR**
- **Modelo/lote: MAX-06D**
- **Referencia:**
- **Código de barras:**

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud

Incumple el Reglamento 2016/425:

Con fecha 22 de julio de 2022 se requiere a ENVIOMEDICAL, S.L., Certificado UE de tipo del EPI inspeccionado, Informe técnico que debe acompañar al certificado, Declaración UE de Conformidad del EPI y factura de compra de la mascarilla u otro documento comercial que acredite el origen y trazabilidad del producto. La citada empresa aporta la Declaración de UE de Conformidad del producto FILTERING BUTTERFLY MASK, Model Max-06D, y el Certificado de Examen UE de Tipo nº 0370-5367-PPE/B, emitido por LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), motivo por el que con fecha 9 de noviembre de 2022 se le remitió dicho documento y se le consultó si dicha documentación avalaba el uso de la mascarilla en población infantil o si, por el contrario, solo ha sido testada en adultos. Con fecha 25 de noviembre de 2022 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) responde indicando que: "El examen UE de tipo no corresponde con las mascarillas encontradas. Las mascarillas encontradas corresponden con el examen UE de tipo 0370-5425-PPE/B. No se ha certificado ninguna mascarilla para uso infantil".

Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DEL PRODUCTO DEL MERCADO

Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA

Observaciones:

Fecha:

