

Referencia: SOFM/BBG/apf

Fecha: 13/06/2023

Ref. AEMPS: NIPS 27/2023

NOTA INFORMATIVA PS 27/2023

La AEMPS informa sobre la detección de un Certificado de marcado CE falso de la empresa Prolinx GmbH

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las autoridades sanitarias alemanas relativa a la detección de un certificado de marcado CE falso.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falso con número 0483/N50569-14-7, del organismo notificado alemán MDC Medical Device Certification GmbH, para el fabricante Prolinx GmbH, Alemania,

Datos del certificado CE falso:

- Organismo Notificado y nº de identificación: MDC Medical Device Certification GmbH (0483)
- Número de certificado: 0483/N50569-14-7
- Fabricante: Prolinx GmbH, Brehmstr. 56, 40236 Düsseldorf, Alemania
- Productos: Tensiómetros, termómetros, succionador, nebulizadores, doppler digital a color, audífonos
- Fecha de emisión: 8 de diciembre de 2019
- Fecha de caducidad: 2 de julio de 2023

Si tiene alguna duda al respecto póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos mediante cualquiera de estas vías:

Tfno.: 941 299 923.

mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/079294	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2023/0519172	
Cargo		Firmante /Observaciones	Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmaceutica y Medicamentos				
2				