



**Gobierno
de La Rioja**

Salud

C/ Obispo Lepe, 6 (C.A.R.P.A.)
26071 – Logroño. La Rioja
Teléfono: 941 299 923
Fax: 941 296 134

Prestaciones y Farmacia

Gobierno de La Rioja
Oficina Auxiliar de Registro
Salud

Fecha: **31 MAR. 2017**

Hora: **5-67455**

Número:

Alerta Productos Sanitarios 187/2017

Referencia: SOFM/MJA/apf

Fecha: 30/03/2017

ASUNTO: Detección en el mercado europeo de las Jeringas que contienen gel de ácido hialurónico "Aqua secret HA" para relleno facial, fabricadas por Jointlaser Technology Ltd. China, llevan un marcado CE falso.

PRODUCTOS AFECTADOS: Jeringas que contienen gel de ácido hialurónico "Aqua secret HA" para relleno facial

MENSAJE: Se ha recibido en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicación de las autoridades sanitarias de Alemania de que las jeringas que contienen gel de ácido hialurónico "Aqua secret HA" para relleno facial, fabricadas por Jointlaser Technology Ltd, China, llevan un marcado CE falso. Este marcado CE está acompañado del número 1282. Dicho número corresponde a la identificación del Organismo Notificado de Italia ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE srl., el cual ha confirmado que no ha certificado este producto.

Teniendo en cuenta que el producto "Aqua secret HA" se puede adquirir por internet, se advierte a los centros, profesionales sanitarios y pacientes de los riesgos que supone la adquisición y utilización de dicho producto, ya que carece de garantías de seguridad, eficacia y calidad.

Se acompaña nota informativa PS 6/2017 de la AEMPS.

Si detecta estos productos en el mercado diríjase al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tlfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 30 de marzo de 2017

Beatriz Barrio García

JEFA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA



**Gobierno
de La Rioja**
Salud

Prestaciones y Farmacia



Referencia: SOFM/MJA/apf
Fecha: 31/03/2017
Ref AEMPS: PS 6/2017

NOTA INFORMATIVA

LA AEMPS ADVIERTE DE LA DETECCIÓN EN EL MERCADO DE JERINGAS DE GEL DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA RELLENO FACIAL, MARCA "AQUA SECRET HA" CON FALSO MARCADO "CE" Y QUE CARECEN DE LAS DEBIDAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y EFICACIA

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por las



autoridades sanitarias de Alemania de que las jeringas que contienen gel de ácido hialurónico "Aqua secret HA" para relleno facial, fabricadas por Jointlaser Technology Ltd, China, llevan un marcado CE falso. Este marcado CE está acompañado del número 1282. El número 1282 que acompaña al marcado CE en el etiquetado del producto, corresponde a la identificación del Organismo Notificado de Italia ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE srl., el cual ha confirmado que no ha certificado este producto.

Teniendo en cuenta que el producto "Aqua secret HA" se puede adquirir por internet, se advierte a los centros, profesionales sanitarios y pacientes de los riesgos que supone la adquisición y utilización de dicho producto, ya que carece de garantías de seguridad, eficacia y calidad. Por tanto si dispone de alguna unidad de este producto deje de usarla, informe a cualquier persona que pueda estar afectada y si detecta en el mercado este producto, póngase en contacto con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud mediante cualquiera de estas vías:

- Tlfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

Logroño, 31 de marzo de 2016



Prestaciones y Farmacia

Beatriz Barrio García
JEFA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA