



Referencia: SOFM/MJA/ss

Fecha: 1/12/2017

Ref AEMPS: NI PS21/2017; Alerta 2017-614

NOTA INFORMATIVA

RETIRADA DEL MERCADO DE DETERMINADOS MODELOS Y LOTES DE LENTES DE CONTACTO ACUVUE®, FABRICADAS POR JOHNSON & JOHNSON VISION CARE INC., EEUU

Se adjunta la nota informativa PS 21/2017 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y relacionada con la alerta de productos sanitarios 614/2017, en la que informa que la empresa fabricante Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, como medida preventiva va a proceder a la retirada del mercado de ciertos modelos y lotes de lentes de contacto ACUVUE® debido a la posible presencia de una cerda del cepillo de limpieza entre el aluminio y el envoltorio. Se adjunta la relación de lotes afectados:

Nombre de la marca	Especificaciones del producto	Número de lote
ACUVUE® ADVANCE®	Curva Base 8.7, Poder Refractivo -4.75D	L002FNL
ACUVUE® ADVANCE®	Curva Base 8.7, Poder Refractivo -5.00D	L002V94
ACUVUE® ADVANCE®	Curva Base 8.7, Poder Refractivo -10.00D	B00DHLP
ACUVUE OASYS®	Curva Base 8.8, Poder Refractivo -4.50D	L002QH9
ACUVUE OASYS®	Curva Base 8.8, Poder Refractivo -4.00D	L002NCS
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM	Curva Base 8.5, Poder Refractivo -7.50D, -1.25 x 180	B00LF41 (Número de lote convertido a F00LF41)



**Gobierno
de La Rioja**

Si es usuario de las lentes de contacto ACUVUE® y dispone de algún modelo y lote afectado deberá:

- Verificar que el interior del envase no presenta ningún cuerpo extraño.
- Si detecta algún cuerpo extraño al abrir el envase, no utilice la lente de contacto y contacte con la óptica donde lo adquirió.
- Si detecta molestias en el ojo, contacte con su médico.

Si tienen cualquier duda pueden contactar con el Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos, mediante alguno de los medios de comunicación que le facilitamos a continuación:

- Tfno/ Fax: 941 299 923 / 941 296 134 mail: alertas.productossanitarios@larioja.org
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño.

En Logroño, 1 de diciembre de 2017

P.A. BEGUSTIA BARRIO

Dra. Mª José Aza Pascual-Salcedo

Jefa de Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos.



**Gobierno
de La Rioja**
Salud

Prestaciones y Farmacia