



Referencia: SOF/MJA/jg  
Fecha: 29/07/2013

NOTA INFORMATIVA Ref: PS, 12/2013

25 de julio de 2013

**POSIBLE ADMINISTRACIÓN DE UNA DOSIS DE SOMATROPINA INFERIOR A LA PREVISTA  
CON DETERMINADAS PLUMAS NORDIPEN®**

Se adjunta la nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre la posible administración de una dosis de Somatropina inferior a la prevista con determinadas plumas NordiPen® 5, NordiPen® 10 y NordiPen® 15, fabricadas por Novo Nordisk A/S, Dinamarca, si no se siguen las advertencias adicionales emitidas por el fabricante para el correcto montaje del cartucho en la pluma (ver nota informativa adjunta).

De acuerdo con la información facilitada por el distribuidor, en España hay dos lotes afectados, el lote B5UAL81 de NordiPen® 10 y el lote B5UJ555 de NordiPen® 15.

Logroño a 29 de julio de 2013



**Gobierno  
de La Rioja**  
Salud y Servicios Sociales  
Asistencia, Prestaciones y Farmacia

Dra. Mª José Aza

JEFA DE SERVICIO DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

**Gobierno de La Rioja**  
Oficina Auxiliar de Registro  
Salud y Servicios Sociales

Fecha: **29 JUL. 2013**

Hora:

Número: **J-141649**