



ALERTA PRODUCTOS SANITARIOS Nº 032/2014

Referencia: SOF/MJA/ss

Fecha: 24/01/2014

ASUNTO: Detección de la venta de unidades falsificadas del producto "Cabestrillo de Brazo marca Futuro" de la empresa 3M, en la provincia de Madrid.

PRODUCTOS AFECTADOS:

- Producto original: "Cabestrillo de brazo marca Futuro" (Referencia 46204), fabricado por 3M Consumer Health Care 2510 Conway Avenue St. Paul, MN 55144.
- Producto Falsificado: "Cabestrillo de brazo marca YC Support" (Adult Pouch Arm Sling).

MENSAJE: Se ha recibido de la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicación por parte de la empresa 3M España, S.A., relativa a la detección de la venta de falsificaciones del producto "Cabestrillo de brazo marca Futuro" de 3M.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, han detectado la venta del producto falsificado en un establecimiento tipo "bazar" de la provincia de Madrid. En el producto falsificado las instrucciones de uso están exclusivamente en inglés y aunque aparece el anagrama de 3M no figuran los datos del fabricante ni del representante autorizado en la Unión Europea.

En el mercado español la venta al público de estos productos se hace a través de oficinas de farmacia y parafarmacias.

Adjunto enviamos Nota de Aviso de la empresa para informar del problema detectado en la que se incluyen las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo al respecto.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica:

- Tfno: 941298000 (ext 84628), Fax 941 296134- Correo electrónico: alertas.productossanitarios@larioja.org

- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica. Ed. CARPA, C/ Obispo Lepe s/n CP26071 Logroño.

Logroño 24 de enero de 2014



**Gobierno
de La Rioja**
Salud y Servicios Sociales

Asistencia, Prestaciones y Farmacia

Dra. M.J. Aza

Jefa de Servicio de Ordenación Farmacéutica



Fecha: 24 ENE. 2014

Hora:
Número: 3-15386



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**DETECCIÓN DE LA VENTA EN ESPAÑA DE
UNIDADES FALSIFICADAS DEL PRODUCTO
"CABESTRILLO DE BRAZO MARCA FUTURO", DE
LA EMPRESA 3M**

Fecha de publicación: 23 de enero de 2014

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS FALSIFICADOS.
Referencia: PS, 1/2014

La AEMPS informa de la detección de la venta de unidades falsificadas del producto "Cabestrillo de Brazo marca Futuro" de la empresa 3M, en la provincia de Madrid.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento por parte de la empresa 3M España, S.A., de la venta de falsificaciones del producto "Cabestrillo de brazo marca Futuro", con referencia número 46204.

De acuerdo con la información facilitada, la empresa ha detectado que en un bazar de la provincia de Madrid se encontraba a la venta el producto "YC Support Adult Pouch Arm Sling", que es una falsificación de su Cabestrillo de brazo marca Futuro. En el producto falsificado las instrucciones de uso están exclusivamente en inglés y aunque aparece el anagrama de 3M no figuran los datos del fabricante ni del representante autorizado en la Unión Europea.

El fabricante del producto original es la empresa 3M Consumer Health Care y su representante autorizado en la Unión Europea 3M Deutschland GmbH, Alemania.

En el mercado español la venta de estos productos se realiza exclusivamente a través de las oficinas de farmacia y parafarmacias.

CORREO ELECTRÓNICO

sqps@aemps.es

Página 1 de 3


www.aemps.gob.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 50 28
FAX: 91 822 50 10



Las siguientes imágenes indican las diferencias entre los productos originales y los falsificados:

Características del producto falsificado



- Instrucciones de uso únicamente en inglés
- No aparecen datos relativos al fabricante

Características del Cabestrillo de brazo marca Futuro original



- Instrucciones de uso multilingüe incluido el español
- Nombre y dirección del fabricante y del representante autorizado en la Unión Europea



RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la información disponible, la AEMPS recomienda a los centros, profesionales sanitarios y usuarios:

- Que únicamente adquieran este producto a través de oficinas de farmacia y parafarmacias.
- Que se examinen los productos antes de adquirirlos.
- Si sospecha que un producto pueda ser falsificado, no lo adquiera ni lo utilice y póngase en contacto con la empresa 3M España para confirmar la autenticidad del mismo.
- En el caso de que se confirme que el producto es una falsificación, informe a la AEMPS por fax al número 91 822 52 89 o por correo electrónico a la dirección psvigilancia@aemps.es, incluyendo los datos de la empresa o del establecimiento donde se produce la venta del producto.

DATOS DE LA EMPRESA

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid- SPAIN
Teléfono 913216233
Fax 913126942