

**Alerta Productos Sanitarios: 543/2021**

**Referencia: SOFM/BBG/am**

**Fecha: 01/10/2021**

**ASUNTO:** Certificado de marcado CE falsificado de la empresa Guangzhou MeCan Medical Limited,

**PRODUCTOS:** Electrocardiógrafo, Detector de ictericia transcutánea, Espirómetro, Desfibrilador Externo Automático.

Fabricados por Guangzhou MeCan Medical Limited, China.

**MENSAJE:** La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una nota informativa en la que informa de la detección de un certificado de marcado CE falso con número 0123/G1.067514.0018 para el fabricante Guangzhou MeCan Medical Limited, China.

Se ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0123/G1.067514.0018 pero para el fabricante Beijing M&B Electronic Instruments, China.

**Datos del certificado CE falsificado:**

- Organismo Notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte (0123)
- Número de certificado: 0123/G1.067514.0018
- Fabricante: Guangzhou MeCan Medical Limited, China.
- Productos: Electrocardiógrafo, Detector de ictericia transcutánea, Espirómetro, Desfibrilador Externo Automático.
- Fecha de emisión: 9 de enero 2019
- Fecha de caducidad: 8 de enero 2024.

Se adjunta la nota informativa que la AEMPS ha emitido sobre este asunto.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- mail: [alertas.productossanitarios@larioja.org](mailto:alertas.productossanitarios@larioja.org)
- Carta: Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos - Productos Sanitarios  
C/ Obispo Lepe s/n 26071 Logroño

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.		Pag 1 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento		
00860-2021/112319	Otros	Solicitudes y remisiones generales	2021/0828580		
Cargo	Firmante/Observaciones		Fecha/hora		
1 Jefe Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos	Beatriz Barrio Garcia		01/10/2021 10:50:09		
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: TIHVBYHKXB4OGY Dirección de verificación: <a href="http://www.larioja.org/verificacion">http://www.larioja.org/verificacion</a>			01/10/2021 10:50:16		

## La AEMPS informa sobre la detección de un certificado de marcado CE falsificado de la empresa Guangzhou Mekan Medical Limited

Fecha de publicación: 30 de septiembre 2021

Categoría: productos sanitarios, certificado CE falso

Referencia: PS, 30/2021

- o **La Agencia ha recibido una comunicación de las autoridades sanitarias alemanas, relativa a la detección de un certificado de marcado CE falsificado**
- o **Los productos afectados son electrocardiógrafos, detectores de ictericia transcutánea, espirómetros y desfibriladores externos automáticos, del fabricante chino Guangzhou Mekan Medical Limited**

Las autoridades sanitarias alemanas, han notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la detección de un certificado de marcado CE falsificado.

De acuerdo con la información facilitada, se ha detectado un certificado de marcado CE falsificado con número 0123/G1.067514.0018 del Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte cuyo número de identificación es el 0123, para los productos electrocardiógrafos, detectores de ictericia transcutánea, espirómetros y desfibriladores externos automáticos, en el que aparece como fabricante la empresa Guangzhou Mekan Medical Limited, China.

Asimismo, se informa de que TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0123/G1.067514.0018 para el fabricante Beijing M&B Electronic Instruments CO. Ltd, China, y no para el fabricante Guangzhou Mekan Medical Limited, China, tal y como parece indicado en el documento falsificado.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.