La Rioja
larioja.org
Salud y Políticas Sociales
Dirección General de Prestaciones y Farmacia

C/ Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.)
26071 Logroño (La Rioja)
941 29 99 00
dgfarmacia@larioja.org

Alerta Productos Sanitarios: 372/2023
Referencia: SOFM/BBG/apf
Fecha: 04/08/2023

ASUNTO: Cese de la comercialización y retirada del mercado de los lotes 2112106 y 2112109 del test (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold).

PRODUCTOS: **Test (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)** Lote 2112106
Lote 2112109

Fabricados por Hangzhou Laihe Biotech Co, Ltd, China cuyo representante autorizado en la UE es Sungo Europe BV

MENSAJE: La AEMPS ha tenido conocimiento de varias incidencias relacionadas con determinados lotes del test de antígenos para el diagnóstico de la Covid-19 (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) de uso profesional, entre las que se encuentran:

- Ausencia total del buffer o volumen insuficiente para realizar el test
- Se han obtenido casos de resultados falsos positivos
- Las instrucciones de utilización de los productos mencionados están redactadas en francés.

Las unidades afectadas se han distribuido mayoritariamente en Francia, no obstante alguna de las incidencias ha sido notificada por un centro sanitario ubicado en nuestro país.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.

Expediente	Tipo	Procedimiento	N° Documento
00860-2023/100980	Notificación	Solicitudes y remisiones generales	2023/0669537

	Cargo	Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Jefe Sección Atención Farmaceutica	Antonio Jacinto Perez Fernandez	04/08/2023 13:03:13
2	**SELLADO ELECTRÓNICAMENTE** por Gobierno de La Rioja con CSV: **LNVDDPQ5CIO6PQQ** Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion		04/08/2023 13:03:17