



Alerta Productos Sanitarios: 071/2023

Referencia: SOFM/BBG/crm

Fecha: 21/02/2023

ASUNTO: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.

PRODUCTOS: Gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando “Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®”.

Fabricados por Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., Complejo Calle Comercial, Área Guiyuan, Distrito Fuqiao, Rencheng Dist., Jining, Shandong, China.

MENSAJE: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido una notificación de las autoridades sanitarias eslovacas relativa a la detección de un certificado de marcado CE falso con los siguientes datos:

- Organismo Notificado y nº de identificación: 3EC International a.s. (2265)
- Número de certificado: 2020-MDD/DE-025
- Fabricante: Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China.
- Producto: Gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando “Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®”
- Fecha de emisión: 7 de noviembre de 2020
- Fecha de caducidad: 6 de noviembre de 2025

Asimismo, informan que en dicho certificado de marcado CE el fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd. no es cliente del Organismo Notificado eslovaco 3EC International a.s. (2265). Además, ningún Certificado con número 2020-MDD/DE-025 ha sido expedido por dicho Organismo Notificado.

Lo que se comunica a efectos de control de mercado.

Para cualquier duda puede dirigirse al Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos:

- Tfno: 941 299 923
- Mail: alertas.productossanitarios@larioja.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 1
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2023/027146	Escrito	Solicitudes y remisiones generales	2023/0164222	
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora	
1 Jefa Servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos				
2				